FICHE TECHNIQUE

Bougies de dilatation

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

2- INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Bougies de dilatation

6 Bougies de dilatation endoscopique, avec marqueurs radio-opaques et indicateurs de calibration.

Contenu :

- 6 bougies de dilatation
- 1 fil guide
- 1 écouvillon de nettoyage



Dimentions des bougies :

Longueur :

- 850mm

Diamètres extérieur des 6 bougies :

- 5 mm
- 7 mm
- 9 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm



Références
CJ-Bougies

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **1**
Type d'emballage individuel : **Boite rigide**
Compatibilité autre matériel : Utilisation en endoscopies digestives

FICHE TECHNIQUE

Matériaux :

Bougies : PVC
Fil guide : Nitinol
Ressort : Acier innoxydable (SUS304)

Présence de :

Latex : ❑Oui ☑Non
Produit d'origine animale : ❑Oui ☑Non
PVC : ☑Oui ❑Non
Phtalate et DEHP : ☑Oui ❑Non

Stérilité :

Stérile : ❑Oui ☑Non
Mode de stérilisation : Commercialisé non stérile
Nettoyer et stériliser avant utilisation, pour cela consulter la notice d'utilisation et les recommandations de votre établissement pour le nettoyage et la désinfection des endoscopes.
Nombre d'utilisations : /

Conservation :

Conditions de conservation: Conserver à température ambiante contrôlée
A l'abri de toute atmosphère corrosive
Durée de péremption : 3 ans

Autres données :

Classement GMDN : 11254
Présence d'un code barre : ☑Oui ❑Non
Référentiel utilisé : ❑HIBC ☑GS1-128 – EAN13
Avec les informations :
Référence : ☑Oui ❑Non
N° de lot : ❑Oui ☑Non
Date de péremption : ❑Oui ☑Non

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant:

Fabricant: CHANGZHOU JIUHONG MEDICAL INSTRUMENT Co., Ltd
Pays : République populaire de Chine

Marquage CE

Marquage CE accordé par TUV Rheinland, N° d'organisme : 0197
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexes II.3 et V.3
Produit de classe I – Autocertification et Déclaration de conformitée éditée par le fabricant